



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Estado de São Paulo

**TERMO DE DELIBERAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº 040/15 – PROCESSO 085/15**

**CONSIDERANDO**, a impugnação do edital apresentada pela **EMPRESA CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA**, na qual solicita alteração do objeto do instrumento convocatório.

**CONSIDERANDO**, o questionamento apresentada pela **EMPRESA IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, na qual solicita esclarecimento do objeto do instrumento convocatório.

O Senhor **JOSÉ ROSSETTO**, Prefeito de Cerqueira César, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de acordo o recebimento documento do Secretário Municipal de Saúde, acostado ao procedimento em epígrafe, **DETERMINA** a alteração do item 01 do objeto edital, nos seguintes termos:

**ONDE SE LÊ:**

**ITEM 01 DO OBJETO:**

**Hematológico Automático:**

- Metodologia para contagem total (WBC) e diferencial (WBC) dos leucócitos em cinco populações de células, sendo estas: linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, monócito e basófilos;
- No mínimo 21 parâmetros para amostra de sangue total: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, NEUTR%, LINF%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LINF#, MONO#, EO#, BASO#;
- Testes Realizados: CBC - Globais (RBC, WBC, PLAQUETAS);
- CBC + DIF: HEMOGRAMA
- Capacidade de processamento: mínimo de 40 amostras/hora;
- Memória: mínimo de 5.000 resultados;
- Peso: máximo de 50 quilos.

**Certificado da ANVISA.**

**Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.**

**LEIA - SE:**

**ITEM 01 DO OBJETO:**

**Hematológico Automático:**

- Metodologia para contagem total (WBC) e diferencial (WBC) dos leucócitos em cinco populações de células, sendo estas: linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, monócito e basófilos.
- No mínimo 20 parâmetros para amostra de sangue total: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, NEUTR%, LINF%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LINF#, MONO#, EO#, BASO#;
- Testes Realizados: CBC - Globais (RBC, WBC, PLAQUETAS).
- CBC + DIF: HEMOGRAMA
- Capacidade de processamento: mínimo de 40 amostras/hora.
- Memória: mínimo de 5.000 resultados em memória interna ou memória externa que acompanha o equipamento.
- Peso: máximo de 60 quilos.

**Certificado da ANVISA.**

**Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.**

Desta forma, nos moldes do artigo 21, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, fica alterada a data de entrega dos envelopes e do Termo de Credenciamento para o dia **09 de dezembro de 2015 das 13h30 às 14h00 horas**, ficando inalterados os demais termos do edital.

**Cerqueira César, 26 de novembro de 2015.**

**JOSÉ ROSSETTO**  
**PREFEITO**